

# 入札説明書類

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置

令和3年6月

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

①入札説明書 . . . . . 1 部

②仕様書 . . . . . 1 部

③契約書(案) . . . . . 1 部

①～③：応札にあつては、内容を熟知すること。

④質疑書 . . . . . 1 部

⑤ご担当者連絡先 . . . . . 1 部

④～⑤：期限(令和4年7月29日)までにメールにて提出すること。

また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。

⑥競争参加資格確認関係書類 . . . . . 1 部

⑦誓約書 . . . . . 2 種

⑧保険料納付に係る申立書 . . . . . 1 部

⑨適合証明書 . . . . . 1 部

⑩アフターサービス・メンテナンス体制証明書 . 1 部

⑥～⑩：期限(令和4年8月17日)までに提出すること。

⑪入札書 . . . . . 1 部

⑪：1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。

また、提出期限(令和4年8月25日)を厳守すること。

⑫入札書等記載要領 . . . . . 1 部

⑬入札辞退届 . . . . . 1 部

⑬：応札しない場合、令和4年8月25日までに提出すること。

⑭委任状 . . . . . 1 部

⑮年間委任状 . . . . . 1 部

⑭～⑮：内容を熟知し、該当する場合は、

開札当日(令和4年8月26日)、開札会場へ持参すること。

# 入札説明書

「国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置」に係わる入札公告（令和4年6月30日付）に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程（平成17規程第7号）（以下「会計規程」という。）及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領（平成17要領第8号）（以下「契約事務取扱要領」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

## 1 契約担当者

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔

## 2 委託業務内容

- (1) 契約件名 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置
- (2) 仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
- (3) 納入期限 令和5年3月1日
- (4) 納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-17  
健都イノベーションパークNKビル1F~3F  
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所

### (5) 入札方法

入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

- (6) 入札保証金及び契約保証金 全額免除

## 3 競争参加資格

- (1) 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和4・5・6年度厚生労働省一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
- (3) 当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
- (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (6) その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
- (7) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」（平成21年12月25日閣議決定）の内容について問題がない者であること。
- (8) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
- (9) 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
- (10) 「個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）を遵守し、個人情報

報の適切な管理能力を有している事業者であること。

(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあつては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。

①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険

注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあつては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあつては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。

#### 4 入札説明会

以下により入札説明会(対面及びオンライン併用)を実施する。

なお、参加は任意ですが、オンラインでの参加を希望する者は(3)を参照のこと。

(1) 日時

令和4年7月20日(水) 10:30

(2) 実施場所

東京都新宿区戸山1-23-1

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所 会議室(管理棟 3階)

(3) オンラインでの参加者

参加者は7月19日(火) 15:00までに以下のアドレスへ申し込みを行うこと。

この際、件名は、「【入札説明会参加】国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置」とすること。

申込先: 総務部健栄研会計課 [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)

#### 5 現地確認

確認を希望する者は事前に以下のアドレスへ申し込みを行うこと。

この際、件名は、「【現地確認参加】国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置」とすること。

なお、現地確認日は日程調整の上、決定する。(7月に予定)

申込先: 総務部健栄研会計課 [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)

#### 6 提出書類等

(1) 質疑書・ご担当者連絡先

令和4年7月29日(金) 17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。

提出先メールアドレス 総務部健栄研会計課 [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)

(2) 競争参加資格確認書類等

この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和4年8月17日(水) 17時00分までに下記7(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(※) とは下記の書類である。

- ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
- ②会社概要
- ③公益法人については、3(7)を証明する書類
- ④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
- ⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)

⑥仕様書6の適合証明書

⑦アフターサービス・メンテナンス体制証明書

(3) 入札書

提出期限は令和4年8月25日(木) 17時00分 (郵送の場合も同様)

詳細は下記5を参照。

(4) 入札辞退届

応札しない場合、開札前日(令和4年8月25日)までに提出すること。

(5) 委任状・年間委任状

該当する場合は、開札当日(令和4年8月26日)に開札会場へ持参すること。

7 入札書等の提出場所等

(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒162-8636

東京都新宿区戸山1-23-1

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所

総務部健栄研会計課

電話03-3203-5721

(2) 入札書等の提出方法

①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年8月26日開札 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置 入札書在中」と記載しなければならない。

②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年8月26日開札 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記6の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。

④入札書の日付は、提出日を記入すること。

(3) 入札の無効

次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者

②入札条件に違反した者

③入札者に求められる義務を履行しなかった者

④入札書の金額が訂正してある場合

⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合

⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合

(4) 入札の延期等

入札者が相連合し又は不穩の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。

(5) 代理人による入札

①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時まで代理委任状を提出しなければならない。

②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

## 8 開札及び落札後の手続き

### (1) 開札の日時及び場所

令和4年8月26日(金) 14時00分  
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
国立健康・栄養研究所 会議室(管理棟3階)

### (2) 開札

- ①開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
- ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
- ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
- ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
- ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。

### (3) 落札者の決定方法

- ①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
- ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
- ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
- ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。

### (4) 落札条件に該当する者が複数するとき

前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

### (5) 契約書の作成

- ①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
- ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
- ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
- ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

国立健康・栄養研究所移転に伴う  
ドラフトチャンバー・実験台等購入設置  
調達仕様書

令和4年6月

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

## 1. 件名

国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置

## 2. 目的

国立健康・栄養研究所（以下「健栄研」という。）移転に伴い、移転先において使用するドラフトチャンバー、実験台、流し台等を購入、設置することを目的とする。

## 3. 履行場所

健都イノベーションパークNKビル1F～3F

（大阪府摂津市千里丘新町3-17）

## 4. 納入期限

令和5年 3月 1日

なお、各物品の設置は一部を除き移転を行う前に実施するものとし、概ね令和4年9月から11月までを目途に行うものとする。

## 5. 調達機器の性能、機能等

(1) 調達の対象機器は、ドラフトチャンバー、実験台、作業台等及び流し台であり、詳細は別紙のとおりである。

(2) 調達機器に求める性能及び機能等は、「7-I 機器仕様（共通仕様）及び7-II（個別仕様）」に示すとおりである。

また、7-II（個別仕様）の超純水製造装置は、番号63の流し台にて使用する装置であるため、番号63の調達の参考として記載している。

なお、超純水製造装置は本調達の対象外である。

(3) (1)記載の調達機器に求める性能及び機能等は、全て必須の要求要件である。

## 6. 調達機器の性能、機能等の確認

(1) 以下の要求要件は、最低限の必須となる条件を示しており、競争参加資格書類確認の際に、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断された場合は不合格となり、入札書を提出することが出来ない。

この際、調達機器の性能等の適合証明書（別添）により要求要件を満たすものであるかを確認する。

(2) 上記の提案に際しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的にかつ分かりやすく、資料等を添付する等して提示すること。また、提案が仕様を満たしていることを提出資料のどの部分で証明できるか、参照すべき箇所を明示すること。参照すべき箇所がカタログ、構成図、仕様書等である場合には、アンダーラインを付す、色分けする、余白に大きく矢印を付す等により、当該部分を分かりやすくしておくこと。

(3) 本装置の目的実現の為に必要な付属装置等は、要求要件への記載のあるなしに



関わらず提案に含めること。

- (4) 提案する入札機器を構成する機器は原則として入札時点で製品化されており、カタログ掲載品であること。
- (5) 壁側に設置する実験台（別紙参照）においては、壁の足元に配置されている電源から実験台上に配線が可能となるよう配線ルートを確保すること。
- (6) 導入スケジュールは健栄研と協議し、その指示に従うこと。

## 7-I. 機器仕様（共通仕様）

### 7-1. ドラフトチャンバー共通仕様

- (1) 作業面付近のガスをスムーズにバッフル側へ排気出来る構造のエアfoilであること。
- (2) 実験中の安全を考慮し万が一前面サッシが落下した場合に備えた落下防止機構を有していること。
- (3) 実験中の安全確保の為十分な排気能力が保てるよう前面サッシ開口を制限することが出来る機構を有していること。
- (4) 作業面内で使用可能な給水栓および排水箇所を備えていること。
- (5) 本体前面に抜け止め2口コンセント（AC100V 15A アース付）を2箇所備えていること。
- (6) ドラフト庫内に都市ガスコックを1箇所有していること。

### 7-2. 実験台天板部共通仕様

- (1) 天板厚みは30mm程度で、黒色とすること。
- (2) 天板耐熱温度は180℃（20分）の耐熱仕様を有すること。
- (3) 天板表面はモース硬度3.5以上、曲げ強度130N/mm<sup>2</sup>以上であること。

### 7-3. 木製実験台共通仕様

- (1) 本体ユニット部は低圧メラミン両面化粧パーティクルボードF☆☆☆☆、仕上げ厚20mm±5mmであること。
- (2) 引出の取手はアルミニウム製の取手であること。
- (4) 台輪部は環境に配慮したVOC低減ポリエステル化粧積層合板（タイプII）F☆☆☆☆であること。
- (5) 部材接着剤はホルムアルデヒドを含まない酢酸ビニル及びゴム系接着剤を使用すること。

### 7-4. フレーム実験台・分析装置台共通仕様

- (1) 本体部はスチール製パイプを使用し、耐薬品性塗装を行うこと。
- (2) 水平調整を行う為のアジャスターを有すること。
- (3) 部材接着剤はホルムアルデヒドを含まない酢酸ビニル及びゴム系接着剤を使用すること。

### 7-5. 流し台共通仕様

- (1) 本体ユニット部は低圧メラミン両面化粧パーティクルボードF☆☆☆☆、仕上げ厚20mm±5mm であること。
- (2) 引出の取手はアルミニウム製の取手であること。
- (3) 台輪部は環境に配慮した VOC 低減ポリエステル化粧積層合板（タイプ II）F☆☆☆☆であること。
- (4) 部材接着剤はホルムアルデヒドを含まない酢酸ビニル及びゴム系接着剤を使用すること。
- (5) シンク部は SUS304 で折り曲げ加工で成型すること。表面仕上げはバフ研磨を施すこと。
- (6) シンク部に排水トラップを有すること。

## 7-Ⅱ. 機器仕様（個別仕様） 別紙のとおり

なお、番号63に記載のある「超純水製造装置」の仕様は以下のとおりであり、当該流し台に設置されるものである。

品名	超純水製造装置
必要仕様	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水道水直結型の1台の装置で純水、超純水を製造できること</li> <li>2. システム内に搭載される全ての UV ランプは水銀フリーであること</li> <li>3. 純水製造装置の製造能力は 5L/時以上であること</li> <li>4. 純水製造部には RO 膜(逆浸透膜)が内蔵されており、低水温時にも安定した純水製造を可能にする自動製造水量コントロール機能及び、供給水量を軽減する為 RO 膜からの排水再利用機能があること</li> <li>5. スケーリング防止機構組込み連続イオン交換モジュール(EDI)を搭載し、イオン交換樹脂が交換不要であること、且つ連続イオン交換モジュール(EDI)の前段に軟水化カートリッジ等での処理が不要なこと</li> <li>6. 純水システムの微生物管理は、純水製造本体の殺菌用 UV ランプだけでは無く、純水貯水タンクにも殺菌ユニットを設け、最適な微生物管理が可能なこと</li> <li>7. 純水貯水タンクは、実容量 40L 以上であること</li> <li>8. 純水貯水タンクには、空気中の有機物除去の為の活性炭、二酸化炭素除去の為のソーダライム、微粒子・微生物除去の為のメンブレンフィルターを用いた三層構造のエアレントフィルターを装着可能なこと</li> <li>9. 純水用タンクには自動リンス機能、自動循環機能といった水質を維持する機能があること</li> <li>10. 超純水の製造水質は、比抵抗値 18.2MΩ・cm、TOC 値 5ppb 以下であること</li> <li>11. 超純水装置の採水は、滴下から 2L/分の 8 段階採水、定量採水、アシスト定量採水機能といった多彩な採水機能を有すること</li> <li>12. 採水台上部にタッチパネル式スクリーンを搭載していること</li> <li>13. 172nm の有機物酸化分解用 UV ランプを搭載し、低 TOC 値の超純水が採水可能なこと</li> </ol>

	14. 試験成績証明書が添付された TOC 計を搭載していること 15. 消耗品の検査成績書を装置スクリーン上からダウンロード可能であること 16. 最終フィルターには 0.22 $\mu\text{m}$ のメンブレンフィルターを用いていること
参考メーカー	メルク
参考型式及び構成	Milli-Q IQ 7005 本体 Milli-Q IQ70XXスターターキット 機器分析タイプ 50Lタンク

## 8. 付帯設備工事

- (1) 付帯設備の接続工事に先立ち、停電や断水、機器の使用不能等施設の業務に支障をきたすと思われる作業については、作業手順や方法、日程等について健栄研と十分に打合せを行い実施すること。また、1次側付帯設備について、機器設置位置の近傍に用意されていない場合は健栄研と別途協議すること。
- (2) 電気設備工事
  - ・ 1次側手元開閉器やコンセントから必要な配線を行うこと。
  - ・ 機器付属のプラグ等に変更の必要が生じた場合は変更すること。
  - ・ 接続時は電気容量や電圧等の確認を行い、過不足の生じる場合は健栄研と協議すること。
- (3) 給排水設備工事
  - ・ 設置室内の1次側給水バルブより機器への接続を行い漏水確認を行うこと。なお、露出配管の場合は必要に応じ保温処置を行うこと。
  - ・ 使用する材質は機器の特性に合わせて選定すること。
  - ・ 必要に応じて減圧処置を行うこと。
  - ・ 1次側給水バルブより分岐を行う場合は各機器接続口手前にてストップ弁を設置すること。
  - ・ 設置室内に給水バルブ又は排水口のない場合は別途協議すること。
  - ・ 排水設備工事は排水温度・種類等を考慮し材質を選定するとともに施工後漏水確認を行うこと。
- (4) 都市ガス設備工事
  - ・ 設置室内の1次側バルブ、又はガス栓から機器への接続を行うこと。
- (5) ダクト設備工事
  - ・ 設置室内の1次側ダクトから機器への接続を行うこと。

## 9. 検査及び引渡し

- (1) 本仕様書に基づき、栄養研担当者の立会いの上、検査を受けるものとし、合格をもって引渡しを行う。
- (2) 提出書類
  - ① 検査成績表            2部      当該検査完了後速やかに
  - ② 取扱説明書           2部      納入時

## 10. 保証事項

調達物品の保証期間は納入検査確認後1年間とし、通常の使用により保証期間中に生じた故障及び不具合についての原因調査、修理を無償で行うこと。

## 11. 作業における留意事項

- (1) 作業を実施する場合は、健栄研担当者からの注意を厳守し、当該担当者の指示のもと実施すること。健栄研が委任する設計統括者より指示があった場合も同様とする。またビル運営事業者等が示す規約等を遵守すること。
- (2) 作業統括責任者においては、本業務を行う者に対し、秘密の保持を厳守させ、作業が円滑に遂行されるよう管理監督を行うとともに、業務遂行等の管理に万全を期さなければならない。
- (3) 作業員のNKビル内への出入りは、健栄研が定める方法に従うこと。健栄研が指定する以外の区域へ立ち入ってはならない。立ち入る必要性が生じた場合は、健栄研担当者の許可を得ること。
- (4) 作業管理者は、業務の進捗状況について健栄研担当者から照会があった場合は、書面等で遅滞なくこれを報告すること。
- (5) 受託者は、本業務について健栄研担当者と定期的に打ち合わせを実施すること（1週間に1回を目途）。打合せの際の議事概要は打ち合わせの日から一週間以内に健栄研担当者に提出すること。  
また、移設開始から終了までの作業実施日は、逐次健栄研担当者へ業務連絡を行うこと。
- (6) 受託者の過失により、健栄研が所有する設備、物品に損害又は不具合を与えた場合は、受託者がこれを補償するとともに復旧を行うこと。運営事業者等及びNKビル内テナント所有の施設、設備、物品についても同様とする。
- (7) 資材の搬入は健栄研担当者及び運営事業者等が定める方法に従うこと。
- (8) 室内での作業においては無火気工法を原則とする。やむを得ず火気を使用する場合は、事前に健栄研担当者の許可を得ること。
- (9) 配線、通電等の実施においてNKビルの施設、設備との調整等が必要な場合は、健栄研担当者、運営事業者等と協議すること。
- (10) 本業務にかかる事務または事業の全部を一括して第三者に再委託をしてはならない。また、本業務における総合的な企画および判断ならびに業務遂行管理部分については、受託者以外の第三者へ再委託することを禁止する。
- (11) 本業務の一部を第三者に再委託をする場合は、必ず事前に再委託する業務の範囲、再委託先等を発注者に対し書面にて報告し、協議を行ったうえ、発注者の承認を得なければならないものとする。なお、再委託先への支払額は、原則として本件業務の受託金額の1/2を超えることはできない。
- (12) 以下の内容は別に設置工事を行うことから、健栄研担当者からの指示に応じ、当該工事業者へ必要な協力を行うこと。

- ・ 防災設備の設置
- ・ パーティション設置工事
- ・ OAフロア床補強工事

- ・電話配線設置工事
- ・ネットワーク配線工事

## 12 その他

- (1) 本仕様書に定める一切の費用を含むこと。また、工事に伴う養生・廃棄物処理等についても一切の費用を発生させることなく受託者の負担でこれを行うこと。
- (2) 安全確保及び事故防止のための必要な措置を講じること。事故が発生した場合その補償については受託者が責任を負うこと。
- (3) 本業務に携わる者は、業務の過程で健栄研及び運営事業者等が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、必要な措置を講ずること。なお、本業務に携わる者以外の第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上承認を得ること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合または委細のない事項が生じた場合は、受託者は発注者と速やかに協議し、その指示に従うものとする。ただし、軽微なものについては健栄研担当者の指示に従うこと。

## 13 問い合わせ先

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部 健栄研会計課  
黒木(くろき)、森屋(もりや)、峯(みね)

〒162-8636 東京都新宿区戸山1-23-1

厚生労働省戸山研究庁舎管理棟3階

E-Mail: [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)

TEL : 03-3203-5721

## ドラフトチャンバー、実験台等調達機器一式

## 〇ドラフトチャンバー

番号	機器番号 (K)	品名	数量	外形寸法	外装	内装	作業面	前面サッシ	付属	設置部屋
1	63-1	湿式スクラバー搭載型トレスバドドラフト	1	W1800×D810×H2650mm (突起部含まず)	硬質フェノール系樹脂製	硬質フェノール系樹脂製	施釉セラミック (作業面耐熱温度: 800°C)	強化ガラス t 6mm 飛散防止フィルム貼	湿式スクラバー ドラフト上部設置 ドラフト下部収納 PVC製洗淨塔、 PVC製循環タンク	実験室 1
2	63-2	乾式スクラバー搭載型トレスバドドラフト	2	W1500×D810×H2650mm (突起部含まず)	硬質フェノール系樹脂製	硬質フェノール系樹脂製	施釉セラミック (作業面耐熱温度: 800°C)	強化ガラス t 6mm 飛散防止フィルム貼	乾式スクラバー ドラフト上部設置 活性炭ユニット	実験室 2
3	65	湿式スクラバー搭載型トレスバドドラフト	1	W1500×D810×H2650mm (突起部含まず)	硬質フェノール系樹脂製	硬質フェノール系樹脂製	施釉セラミック (作業面耐熱温度: 800°C)	強化ガラス t 6mm 飛散防止フィルム貼	湿式スクラバー ドラフト上部設置 ドラフト下部収納 PVC製洗淨塔、 PVC製循環タンク	実験室 2
4	64	乾式スクラバー搭載型ドラフト	1	W1200×D810×H2650mm (突起部含まず)	電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性塗装	ノンアスベスト化磁鉄 維強化セメント板 (不燃材)	施釉セラミック (作業面耐熱温度: 800°C)	強化ガラス t 6mm 飛散防止フィルム貼	乾式スクラバー ドラフト上部設置 活性炭ユニット	実験室 3
5	63-3	湿式スクラバー搭載型塩ビドラフト	1	W1500×D750×H2500 (突起部含まず)	塩化ビニール製	塩化ビニール製	塩化ビニール製	塩化ビニール製 t 5mm 飛散防止フィルム貼	湿式スクラバー ドラフト上部設置 ドラフト下部収納 PVC製洗淨塔、 PVC製循環タンク	実験室 4

○実験台

番号	機器番号 (K)	品名	数量	外形寸法	外表	内装	作業面	前面サッシ	付属	設置部屋
6	69	木製サイド実験台	4	W1800×D900×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	実験室1 (壁側設置)
7	71	木製サイド実験台	6	W1500×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×1	実験室1 (壁側設置)
8	73	木製サイド実験台	1	W1200×D600×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1	実験室1 (壁側設置)
9	142	木製中央実験台	3	W2400×D1500×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	実験室1
10	76	分析装置台	12	W1050×D750×H800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	棚板×1	実験室2 (壁側設置)
11	77	木製実験台	2	W2400×D1500×H1790mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	実験室2
12	79	木製中央実験台	2	W2400×D1500×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	実験室2
13	79	実験台用卓上フード (実験台上取付)	2	W2400×D1500×H1500mm	-	アルミニウム押し出し形 耐薬品性塗装 強化ガラス t 5mm 飛散防止フィルム貼	前面扉	-	-	実験室2
14	86	フレームサイド実験台	2	W1800×D750×800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室2 (壁側設置)
15	87-1	フレームサイド実験台	2	W1500×D750×800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×3杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室2 (壁側設置)
16	87-2	フレームサイド実験台	1	W1300×D750×800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×3杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室2 (壁側設置)
17	88	フレームサイド実験台	1	W2400×D750×800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室2 (壁側設置)
18	89	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	W2400×D750×1790mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室2 (壁側設置)
19	80	器具戸棚	2	W1800×D400/500×H2400mm	-	7-3 参照	開き戸	ガラス戸	開き戸+引出	実験室2
20	86-2	フレームサイド実験台	1	W1800×D750×800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室3 (壁側設置)

番号	機器番号 (K)	品名	数量	外形寸法	外装	内装	作業面	前面サッシ	付属	設置部屋
21	122	木製中央実験台	4	W3000×D1500×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	実験室3
22	1129	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	W2400×D750×H1790mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室3 (壁側設置)
23	1130	フレームサイド実験台	3	W1800×D750×H800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室3 (壁側設置)
24	1131	木製サイド実験台	2	W1500×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	実験室3 (壁側設置)
25	1132	フレームサイド実験台	2	W1800×D800×H800mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室3 (壁側設置)
26	100	試薬棚付き木製中央実験台	1	W3000×D1500×H1790mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	実験室4
27	103	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	W3000×D750×H1790mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	実験室4 (壁側設置)
28	104	木製中央実験台	1	W3000×D1500×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	細胞培養室
29	111	木製実験台	1	W2400×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	凍結乾燥室・滅菌消毒室 (壁側設置)
30	117	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	W2400×D750×H1790mm	7-2 参照	7-4 参照	-	-	引出×4杯、3段引出ワゴン×1、開き戸ワゴン×1	顕微鏡室 (壁側設置)
31	121	試薬棚付き木製サイド実験台	1	W1800×D750×H1790mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	暗室 (壁側設置)
32	143	木製サイド実験台	1	W1800×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	顕微鏡室 (壁側設置)
33	144	木製サイド実験台	1	W1800×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	顕微鏡室 (壁側設置)
34	1113	試薬棚付き中央実験台	1	W3000×D1500×H1790mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×2、3段引出ユニット×4	汎用実験室1
35	1124	木製サイド実験台	1	W2400×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	運動負荷実験室 (壁側設置)
36	1125	木製サイド実験台	1	W2400×D750×H800mm	7-2 参照	7-3 参照	-	-	開き戸ユニット×1、3段引出ユニット×2	運動負荷実験室 (壁側設置)



○作業台等

番号	機器番号(K)	品名	数量	外形寸法	天板	本体主要材質	前面扉	設置部屋
37	1126	木製作業台	1	W1200×D750×H800mm	7-2 参照	引出×2杯、棚板		運動負荷実験室
38	1007	ステンレスパンチングシエルフ	2	W1220×D460×H1390mm		SUS304		動物実験室
39	1008	ステンレス作業台	1	W1200×D600×H900mm	SUS304	SUS430		動物実験室
40	1009	ステンレス作業台	5	W750×D600×H1800mm	SUS304	SUS430		動物実験室
41	1100	作業台	4	W600×D600×H1800mm	7-2 参照	7-4 参照		動物実験室
42	82	天秤台	1	W900×D750×H1800mm	7-2 参照	7-3 参照		実験室 2

○流し台

番号	機器番号(K)	品名	数量	外形寸法	本体主要材質	付属	設置部屋
43	129	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	医学検査室 (基礎代謝測定室)
44	130	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	医学検査室 (検体分析室)
45	131	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	医学検査室 (医学検査室)
46	132	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	運動負荷実験室
47	133	実験流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	実験室 1
48	134	実験流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	実験室 1
49	1111	実験流し台	1	W1200×D600×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	動物実験室 (解剖室兼洗浄室)
50	1112	実験流し台	2	W900×D600×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	動物実験室 (動物室)
51	78	中央実験台用流し台	3	W1500×D600×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	実験室 2
52	123, 124, 125	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	シングルレバー混合栓 TKS05305J×1ヶ、化学水栓3方口 T420×2ヶ	実験室 3
53	101	実験流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ、流し台用シエルフ (W1500×D360×H755mm)	実験室 4
54	102	実験流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ、流し台用シエルフ (W1500×D360×H755mm)	実験室 4

番号	機器 番号 (K)	品名	数量	外形寸法	本体主要材質	付属	設置部屋
55	138	実験流し台	1	W1200×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ、ドルゴ通気口×1	低温室前保管庫
56	139	実験流し台	2	W900×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	汎用実験室1
57	140	実験流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ	汎用実験室1
58	114, 115, 116	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	シングルレバー混合栓 TKS05305J×1ヶ、化学水栓3方口 T420×2ヶ	顕微鏡室
59	118, 119, 120	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	シングルレバー混合栓 TKS05305J×1ヶ、化学水栓3方口 T420×2ヶ	暗室
60	105, 106, 107	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	シングルレバー混合栓 TKS05305J×1ヶ、化学水栓3方口 T420×2ヶ	細胞培養室
61	108, 109, 110	実験流し台	1	W900×D750×H800mm	7-5 参照	シングルレバー混合栓 TKS05305J×1ヶ、化学水栓3方口 T420×2ヶ	凍結乾燥室・滅菌消毒室
62	1127	ミニキッチン	6	W1200×D500×H1900mm	SUS430	シングルレバー水栓×1ヶ	2F 研究部執務室(2基) 2F 健康食品情報研究室、3F 所長室、 3F 総務部、3F 国調室(各1基)
63	78 (K8 付属)	中央実験台用流し台	1	W1500×D750×H800mm	7-5 参照	化学水栓3方口×1ヶ。 本流し台に超純水製造装置 (K8:仕様7-II記載) を設置する予定。 なお、超純水製造装置は、本調達には含まない。	実験室2

## 調達機器の性能等の適合証明書

番号	機器 番号 (K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
1	63-1	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1	ドラフトチャンバー	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
2	63-2	乾式スクラバー搭載型トレスパドラフト	2	ドラフトチャンバー	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
3	65	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1	ドラフトチャンバー	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
4	64	乾式スクラバー搭載型ドラフト	1	ドラフトチャンバー	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
5	63-3	湿式スクラバー搭載型塩ビドラフト	1	ドラフトチャンバー	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
6	69	木製サイド実験台	4	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
7	71	木製サイド実験台	6	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
8	73	木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
9	142	木製中央実験台	3	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
10	76	分析装置台	12	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
11	77	木製実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
12	79	木製中央実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
13	79	実験台用卓上フード(実験台上取付)	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
14	86	フレームサイド実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
15	87-1	フレームサイド実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
16	87-2	フレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
17	88	フレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
18	89	試葉棚付きフレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
19	80	器具戸棚	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
20	86-2	フレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
21	122	木製中央実験台	4	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
22	1129	試葉棚付きフレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
23	1130	フレームサイド実験台	3	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
24	1131	木製サイド実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
25	1132	フレームサイド実験台	2	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
26	100	試薬棚付き木製中央実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
27	103	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
28	104	木製中央実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
29	111	木製実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
30	117	試薬棚付きフレームサイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
31	121	試薬棚付き木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
32	143	木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
33	144	木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
34	1113	試薬棚付き中央実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
35	1124	木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
36	1125	木製サイド実験台	1	実験台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
37	1126	木製作業台	1	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
38	1007	ステンレスパンチングシェルフ	2	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
39	1008	ステンレス作業台	1	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
40	1009	ステンレス作業台	5	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
41	1100	作業台	4	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
42	82	天秤台	1	作業台等	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
43	129	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		



番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
44	130	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
45	131	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
46	132	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
47	133	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
48	134	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
49	1111	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
50	1112	実験流し台	2	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
51	78	中央実験台用流し台	3	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
52	123, 124, 125	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器番号(K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
53	101	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
54	102	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
55	138	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
56	139	実験流し台	2	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
57	140	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
58	114, 115, 116	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
59	118, 119, 120	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
60	105, 106, 107	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
61	108, 109, 110	実験流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

番号	機器 番号 (K)	品名	数量	区分	仕様書の要件	補足事項	証明内容	適合
62	1127	ミニキッチン	6	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		
63	78 (K8 付属)	中央実験台用流し台	1	流し台	仕様書5. 調達機器の性能、機能等(3)に示す要求要件を満たすこと	左記の仕様書の要件を満たすことを確認出来る資料(カタログ、構成図、受託者が提案する構成図)等を添付すること。		

# 物品購入契約書（案）

- 品名 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置
- 納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-17  
健都イノベーションパークNKビル1F~3F  
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
国立健康・栄養研究所
- 納入期限 令和5年3月1日
- 契約金額 金 円（内訳は別紙のとおり）  
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円）
- 契約保証金 全額免除

契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 を甲とし、 を乙として、次の条項により契約を締結する。

（総則）

第1条 この契約及び仕様書の定める条件に従い、乙は甲の発注した物品を甲の指定する期限内に、頭書に定めた金額をもって納入しなければならない。

（信義誠実の原則）

第2条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。

（契約金額）

第3条 契約金額は、運賃及びその他の諸経費を含むものとする。

（検査の立会および引き渡し）

第4条 乙が契約物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

- 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上検査を完了しなければならない。
- 当該物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
- 甲は、第2項の検査を合格した時点をもって、乙から当該物品の引渡しを受けるものとする。また、当該物品の引渡しとともにその所有権を乙から甲に移転するものとする。

（不合格品の引き取り）

第5条 検査の結果、不合格品となったものは、甲の指定した期限内に乙は速やかにこれを引き取るものとする。もし、引き取らない場合は、甲は当該物品を適切に処分することができ、保管の責を負わないものとする。この場合、これらに要する費用は乙の負担とする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第6条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品の納入を完了することが出来ない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、契約金額からすでに検査を合格し引き渡しを完了した物品に相応する契約代金を控除した額に対して、遅滞日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額を損害金として徴収するものとする。

(納期の変更請求)

第7条 天災地変、その他正当な事由によって納期限内に契約物品を納入し難いときは、乙はその事由を詳記して、納入の延期を請求することができる。この場合、甲はその請求を正当と認めたときは、前条の損害金を免除することができる。

(危険負担)

第8条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、乙が契約物品の全部又は一部の引渡しができない場合には、乙は当該部分について、契約物品の引き渡しの義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。

(契約代金の請求及び支払)

第9条 乙は、第4条第2項の検査に合格し、引き渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、適法な支払請求書を受領した日から起算して、30日以内に支払うものとする。

(支払遅延利息)

第10条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に代金を支払わない場合には、乙に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。

(甲の解除権)

第11条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。

- 一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
- 二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査員の職務の執行を妨げたとき。
- 三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。

(乙の解除権)

第12条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(違約金)

第13条 甲が、第11条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。

(損害賠償)

第14条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。

- 2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
- 3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)

第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第7条又は同法第8条の2（同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項（同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
- 二 乙又は乙の代理人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。
- 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)

第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、請負（契約）金額（本契約締結後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変更後の請負（契約）金額）の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

- 一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2（同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
- 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項（同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
- 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
- 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
- 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
- 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する遅延利息)

第17条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(属性要件に基づく契約解除)

第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

- 一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
- 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
- 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
- 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
- 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- 一 暴力的な要求行為。
- 二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。
- 五 その他前各号に準ずる行為。

（表明確約）

第20条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

- 2 乙は、前2条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再委託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければならない。

（下請負契約等に関する契約解除）

第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

- 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（契約解除に基づく損害賠償）

第22条 甲は、第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

- 2 乙は、甲が第18条、第19条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第 23 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(契約不適合責任)

第 24 条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと（以下、「不適合」という。）は発見したときは、乙に対し、納品後 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。ただし、仕様書に保証について特段の定めがある場合、この限りでない。また、民法第 562 条第 1 項但書は本契約には適用しない。

2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。

(協議)

第 25 条 甲乙間に問題又は、疑義が生じた場合及びこの契約に定めない事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。

(裁判管轄)

第 26 条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。

上記契約締結を証するため、本証書 2 通を作成し、双方記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとする。

令和 年 月 日

甲 大阪府茨木市彩都あさぎ 7 丁目 6 番 8 号  
契約担当役  
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔

乙



## 内訳書

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
1	63-1	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1		
2	63-2	乾式スクラバー搭載型トレスパドラフト	2		
3	65	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1		
4	64	乾式スクラバー搭載型ドラフト	1		
5	63-3	湿式スクラバー搭載型塩ビドラフト	1		
6	69	木製サイド実験台	4		
7	71	木製サイド実験台	6		
8	73	木製サイド実験台	1		
9	142	木製中央実験台	3		
10	76	分析装置台	12		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
11	77	木製実験台	2		
12	79	木製中央実験台	2		
13	79	実験台用卓上フード（実験台上取付）	2		
14	86	フレームサイド実験台	2		
15	87-1	フレームサイド実験台	2		
16	87-2	フレームサイド実験台	1		
17	88	フレームサイド実験台	1		
18	89	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
19	80	器具戸棚	2		
20	86-2	フレームサイド実験台	1		
21	122	木製中央実験台	4		
22	1129	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
23	1130	フレームサイド実験台	3		
24	1131	木製サイド実験台	2		
25	1132	フレームサイド実験台	2		
26	100	試薬棚付き木製中央実験台	1		
27	103	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
28	104	木製中央実験台	1		
29	111	木製実験台	1		
30	117	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
31	121	試薬棚付き木製サイド実験台	1		
32	143	木製サイド実験台	1		
33	144	木製サイド実験台	1		
34	1113	試薬棚付き中央実験台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
35	1124	木製サイド実験台	1		
36	1125	木製サイド実験台	1		
37	1126	木製作業台	1		
38	1007	ステンレспанチング シェルフ	2		
39	1008	ステンレス作業台	1		
40	1009	ステンレス作業台	5		
41	1100	作業台	4		
42	82	天秤台	1		
43	129	実験流し台	1		
44	130	実験流し台	1		
45	131	実験流し台	1		
46	132	実験流し台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
47	133	実験流し台	1		
48	134	実験流し台	1		
49	1111	実験流し台	1		
50	1112	実験流し台	2		
51	78	中央実験台用流し台	3		
52	123, 124, 125	実験流し台	1		
53	101	実験流し台	1		
54	102	実験流し台	1		
55	138	実験流し台	1		
56	139	実験流し台	2		
57	140	実験流し台	1		
58	114, 115, 116	実験流し台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
59	118, 119, 120	実験流し台	1		
60	105, 106, 107	実験流し台	1		
61	108, 109, 110	実験流し台	1		
62	1127	ミニキッチン	6		
63	78 (K8 付属)	中央実験台用流し台	1		
諸経費 (運送費、搬入費、据付費等)			一式		
合計			一式		



## ご担当者連絡先

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置

所属部署	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	

質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。

提出期限：令和4年7月29日（金）17時00分

提出先メールアドレス：総務部健栄研会計課 [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)



# 競争参加資格確認関係書類

- 1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
- 2 誓約書 (2種類)
- 3 保険料納付に係る申立書
- 4 仕様書6の適合証明書
- 5 アフターサービス・メンテナンス体制証明書
- 6 その他参考資料  
会社履歴書等
- 7 提出部数 各1部
- 8 提出期限 令和4年8月17日(水) 17時00分まで

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

## 誓 約 書

弊社は、「国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名

印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

誓 約 書

弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名

印

## 保険料納付に係る申立書

当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。

令和\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(住 所)

\_\_\_\_\_  
(名 称)

\_\_\_\_\_  
(代表者)

\_\_\_\_\_  
印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

## アフターサービス・メンテナンス体制証明書

弊社は、弊社取扱いの「国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置」のサービス体制に関して、下記の通りのアフターサービス・メンテナンス体制を整えており、日常のご使用に支障の無いよう、迅速に対応できる体制を整えていることを証明致します。

記

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

↓

【販売（代理）店】 商号又は名称

住所、TEL、部署名

※別添1のとおり

↓

【製造会社】 商号又は名称

住所、TEL、部署名

※別添1のとおり

以上、通常・緊急時の連絡先

住 所

商号又は名称

及び代表者氏名

印











# 入札書

件名 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置  
(内訳は別紙のとおり)

金 \_\_\_\_\_ 円也

入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。

令和 年 月 日

(競争参加者)

住 所

称号又は名称

代表者職氏名

印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
1	63-1	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1		
2	63-2	乾式スクラバー搭載型トレスパドラフト	2		
3	65	湿式スクラバー搭載型トレスパドラフト	1		
4	64	乾式スクラバー搭載型ドラフト	1		
5	63-3	湿式スクラバー搭載型塩ビドラフト	1		
6	69	木製サイド実験台	4		
7	71	木製サイド実験台	6		
8	73	木製サイド実験台	1		
9	142	木製中央実験台	3		
10	76	分析装置台	12		
11	77	木製実験台	2		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
12	79	木製中央実験台	2		
13	79	実験台用卓上フード（実験台上取付）	2		
14	86	フレームサイド実験台	2		
15	87-1	フレームサイド実験台	2		
16	87-2	フレームサイド実験台	1		
17	88	フレームサイド実験台	1		
18	89	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
19	80	器具戸棚	2		
20	86-2	フレームサイド実験台	1		
21	122	木製中央実験台	4		
22	1129	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
23	1130	フレームサイド実験台	3		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
24	1131	木製サイド実験台	2		
25	1132	フレームサイド実験台	2		
26	100	試薬棚付き木製中央実験台	1		
27	103	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
28	104	木製中央実験台	1		
29	111	木製実験台	1		
30	117	試薬棚付きフレームサイド実験台	1		
31	121	試薬棚付き木製サイド実験台	1		
32	143	木製サイド実験台	1		
33	144	木製サイド実験台	1		
34	1113	試薬棚付き中央実験台	1		
35	1124	木製サイド実験台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
36	1125	木製サイド実験台	1		
37	1126	木製作業台	1		
38	1007	ステンレспанチング シェルフ	2		
39	1008	ステンレス作業台	1		
40	1009	ステンレス作業台	5		
41	1100	作業台	4		
42	82	天秤台	1		
43	129	実験流し台	1		
44	130	実験流し台	1		
45	131	実験流し台	1		
46	132	実験流し台	1		
47	133	実験流し台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
48	134	実験流し台	1		
49	1111	実験流し台	1		
50	1112	実験流し台	2		
51	78	中央実験台用流し台	3		
52	123, 124, 125	実験流し台	1		
53	101	実験流し台	1		
54	102	実験流し台	1		
55	138	実験流し台	1		
56	139	実験流し台	2		
57	140	実験流し台	1		
58	114, 115, 116	実験流し台	1		
59	118, 119, 120	実験流し台	1		

番号	機器番号 (K)	品名	数量	単価	金額
60	105, 106, 107	実験流し台	1		
61	108, 109, 110	実験流し台	1		
62	1127	ミニキッチン	6		
63	78 (K8 付属)	中央実験台用流し台	1		
諸経費 (運送費、搬入費、据付費等)			一式		
合計			一式		



記載要領

入 札 書

1. 入 札 件 名           ○○○○○○○○○○

2. 入 札 金 額        ¥ \_\_\_\_\_

入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札  
します。

令和    年    月    日

(競争参加者)

住 所    【記載要領】(2)及び  
          (3)の「例」参照

氏 名

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔 殿

【 記 載 要 領 】

(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。

(2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。

「例1：契約権限を有する代表者本人の場合」

(競争参加者)

住 所 東京都〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名 株式会社 □□□□

代表取締役 △△ △△ 印

「例2：契約権限を年間委任された代理人の場合」

(競争参加者)

住 所 東京都〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名 株式会社 □□□□

代表取締役 △△ △△

代理人

住 所 大阪市〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店

大阪支店長 △△ △△ 印

- (3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。

「例1: 契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」			
(競争参加者)			
住 所	大阪市	〇〇〇〇〇〇〇〇	
氏 名	株式会社	□□□□	大阪支店
	代表取締役	△△	△△
代 理 人		〇〇	〇〇 印
「例2: 契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」			
(競争参加者)			
住 所	東京都	〇〇〇〇〇〇〇〇	
氏 名	株式会社	□□□□	
	代表取締役	△△	△△
復代理人		〇〇	〇〇 印

- (4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
- (5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
- (6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。



# 入札辞退届

件名： 国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置

上記の入札件名について、都合により辞退します。

令和 年 月 日

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

入札者

住所

氏名(社名)

# 委任状

私は、  
を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。

## 記

### 委任事項

令和4年8月26日開札 件名「国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャ  
ンバー・実験台等購入設置」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。

代理人

氏名 印

令和 年 月 日

委任者

住所

商号又は名称

代表者職氏名 印

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

# 年間委任状

私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。

## 記

- 見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関するを含む)
- 契約物件の納入及び取下げに関すること。
- 契約代金の請求及び受領に関すること。
- 復代理人を選任すること。
- 共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。  
【工事契約以外の場合は除く】  
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)

令和 年 月 日

契約担当役

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  
理事長 中村 祐輔 殿

委任者

本社・本店所在地

商号又は名称

代表者職氏名

印

受任者

支店等所在地

商号又は名称

代表者職氏名

印

(事務連絡)

件名：国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置

## ご担当者連絡先及び質疑書について

「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体（電子文書ファイル）で提出をお願いいたします。

〒162-8636

東京都新宿区戸山1-23-1

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計

課

提出先メールアドレス [eiken-kaikei@nibiohn.go.jp](mailto:eiken-kaikei@nibiohn.go.jp)

## 期限について

ご担当者連絡先・質疑書 : 令和4年7月29日（金）17時00分まで  
競争参加資格確認関係書類 : 令和4年8月17日（水）17時00分まで  
入札書 : 令和4年8月25日（木）17時00分まで  
開札日の日時 : 令和4年8月26日（金）14時00分



## 入札参加改善に向けたアンケート

案件名	国立健康・栄養研究所移転に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設置
公告種別	一般競争入札
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> をお願いいたします。	(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか <input type="checkbox"/> 1 特に問題はなかった <input type="checkbox"/> 2 期間が短かった (具体的な必要期間: _____ )
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> をお願いいたします。	<input type="checkbox"/> 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 <input type="checkbox"/> 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 <input type="checkbox"/> 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: _____ ) <input type="checkbox"/> 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 <input type="checkbox"/> 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: _____ ) <input type="checkbox"/> 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 <input type="checkbox"/> 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 <input type="checkbox"/> 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 <input type="checkbox"/> 9 その他:自由記載 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>
補足 【すべての事業者様・自由回答】	仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・自由回答】	
事業者名(任意)	
ご担当者(任意)	
ご連絡先(任意)	

ご協力頂きましてありがとうございました。